Banco EB8000
Manuale d'uso/Guida all'assemblaggio

Specifiche tecniche

- Altezza totale.....22”
- Larghezza totale.....24”
- Lunghezza totale.....72”
- Peso.....70 libbre (31 kg)
- Capacità di peso.....600 libbre (272 kg)

Descrizione del prodotto MD

Uso previsto: La panca EB8000 è destinata all'uso in ambienti clinici per supportare i pazienti durante i trattamenti chiropratici.

Avvertenze e precauzioni

- Non superare la capacità di peso massima del tavolo di 600 libbre (272 kg).
- Ricontrollare periodicamente il serraggio di tutti i dadi, bulloni e viti.
- Questo tavolo NON è destinato all'uso con altri accessori.
- Utilizzare solo parti di ricambio Pivotal Health Solutions.
- Contattare Pivotal Health Solutions se è necessario un servizio (1-800-743-7738).

Strumenti necessari per il montaggio

- Due chiavi da 1/2”.
- Una chiave da 3/8”.

In caso di problemi nella comprensione di queste istruzioni, contattare il rivenditore o il supporto di Pivotal Health Solutions al numero 800-743-7738.

Prima di iniziare il montaggio, verificare di avere TUTTI i dispositivi di fissaggio e le parti elencate di seguito:

PART		QUANTITY INCLUDED	DESCRIPTION	PHS REPLACEMENT #
A		8X	5/16-18 Nylon Insert Lock Nut	87561
B		8X	5/16-18 x 2-½ Hex Head Bolt	66224
C		16X	¼-20 x 1-3/4 Serrated Bolt	60822
D		2X	¼-20 x 1-½ Hex Head Bolt	60440
E		2X	¼-20 Nylon Insert Thin Locknut	95769

PART		QUANTITY INCLUDED	PART DESCRIPTION	PHS REPLACEMENT #
1		1X	Bottom Brace	81006
2		2X	BENCH LEG	81005
3		2X	ARM REST	81008
4		2X	ARM CUSHION	81020
5		1X	TOP CUSHION ASSEMBLY	
6		2X	HEAD LOCK TUBE	81013

Assemblaggio FASE 1: Attacca il rinforzo inferiore 1 alle gambe della panca 2 (2X) con bullone da 2-½”. B (4X) e controdado A (4X).

NOTA: Chiusura A va all'interno del telaio. (**Vedere il dettaglio 2.1**).

NOTA: Assicurarsi che i fori del bracciolo nelle gambe della panca siano rivolti nella stessa direzione (**Vedere il dettaglio 2.2**).







½" WRENCH NEEDED (2X)

PER FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO, LASCIARE TUTTO L'HARDWARE SMONTATO FINO AL COMPLETO ASSEMBLAGGIO.

Assemblaggio FASE 2: Attacca il bracciolo 3 (2X) al telaio di base con un bullone da 2-½”. B (4X) e controdado A (4X).

NOTA: Chiusura A va all'interno del telaio. (**Vedere il dettaglio 2.3**).

NOTA: I braccioli devono essere inclinati verso il basso.



½" WRENCH NEEDED (2X)

PER FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO, LASCIARE TUTTO L'HARDWARE SMONTATO FINO AL COMPLETO ASSEMBLAGGIO.

Assemblaggio FASE 3: Attacca i cuscini del braccio 4 2X al bracciolo con un bullone da 1-3/4”. C 4X (**Vedere il dettaglio 2.4**).



3/8" WRENCH NEEDED

PER FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO, LASCIARE TUTTO L'HARDWARE SMONTATO FINO AL COMPLETO ASSEMBLAGGIO.

Assemblaggio FASE 4: Far scorrere la staffa di supporto della testa attraverso le fessure nel tubo di bloccaggio della testa 6 (2X) .

NOTA: Fissare i tubi di bloccaggio della testa al gruppo del cuscino superiore 5 utilizzando un bullone da 1-3/4”. C (6X) .



PER FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO, LASCIARE TUTTO L'HARDWARE SMONTATO FINO AL COMPLETO ASSEMBLAGGIO.

Assemblaggio FASE 5: Fissare le staffe di supporto per la testa ai tubi di bloccaggio della testa con un bullone da ¼-20x1-½ D 2X e ¼-20 controdado E 2X .

NOTA: I controdadi vanno all'interno dei tubi. (**Vedere il dettaglio 2.5**)



PER FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO, LASCIARE TUTTO L'HARDWARE SMONTATO FINO AL COMPLETO ASSEMBLAGGIO.

Assemblaggio FASE 6: Fissare il gruppo del cuscino superiore al telaio di base con un bullone da 1-3/4”. C 6X .

3.6.1 Il Top Cushion si fissa al telaio in sei punti.



3/8" WRENCH NEEDED

L'ASSEMBLAGGIO E' COMPLETO. TORNARE INDIETRO E STRINGERE TUTTO L'HARDWARE SUL TAVOLO PRIMA DELL'USO.

Pulizia e cura della tappezzeria

Per lo sporco leggero, una soluzione di detersivo per piatti liquido per uso domestico al 10% con acqua tiepida, applicata con un panno morbido inumidito. Sciacquare con acqua pulita e asciugare.

- In caso di sporco intenso, inumidire un panno bianco morbido in una soluzione uno a uno (1:1) di Fantastik® e acqua OPPURE Formula 409® e acqua. Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua.
- Per le macchie più difficili, inumidire un panno bianco morbido con una soluzione di candeggina per uso domestico (10% candeggina / 90% acqua). Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua per rimuovere la concentrazione di candeggina.
- NON UTILIZZARE DETERGENTI A BASE DI ALCOL!
- LA PULIZIA IMPROPRIA ANNULLA LA GARANZIA!

Queste informazioni non costituiscono una garanzia e non sollevano l'utente dalla responsabilità dell'uso corretto e sicuro del prodotto e di tutti i detergenti. L'uso di determinati agenti può essere dannoso per l'aspetto della superficie e la durata del vinile. Pivotal Health Solutions non si assume alcuna responsabilità derivante dall'uso di tali agenti sul vinile.

Assistenza, garanzia, informazioni di contatto del produttore

Se si verifica un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalare l'incidente a Pivotal Health Solutions con le informazioni di contatto di seguito.

Se l'incidente si verifica nell'UE, segnalare qualsiasi incidente grave anche all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Se è necessario un servizio, contattare Pivotal Health Solutions con le informazioni di contatto di seguito o e-mail service@pivotalhealthsolutions.com.

Pivotal Health Solutions, Inc. 3003 9th Ave. SW; Watertown, SD, 57201 USA
800-743-7738 011-1-605-753-0110 605-882-8398
http://www.pivotalhealthsolutions.com

CE EC REP Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

CH REP MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

Rev F 07/17/2023