

Table élévatrice ErgoStyle ES2000 Gen II

Manuel utilisateur

MD

S'applique aux modèles suivants :

ES9300

ES9310

REF

ES9320

ES9330



Important! Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes pour l'utilisateur du produit. Tous ceux qui utilisent ce produit doivent examiner et comprendre complètement son contenu. N'oubliez pas de conserver ce manuel dans un endroit où il est toujours disponible pour ceux qui utilisent le produit.

Table des matières:

Introduction:	2
Précautions de sécurité et définitions :	3
Installation et déballage :	5
Marchandise endommagée :	5
Spécifications techniques:	6
Opération:	7
Entretien préventif:.....	9
Nettoyage et entretien des tissus d'ameublement :	11
Service:	11
Dépannage:	12
Pièces de rechange :	13
Garantie:	14
Informations sur le fabricant :	14

Introduction:

La ErgoStyle™ ES2000 Gen II prend la table que vous connaissez un peu plus loin, avec une élévation électrique en douceur et des mises à niveau faciles, vous pouvez personnaliser votre table en fonction de votre réglage de pratique. Notre goutte ErgoStyle brevetée s'élève sur l'ensemble du coussin, plutôt qu'une seule broche, permettant une précision améliorée et un ajustement plus fluide avec moins de force - pour moins de stress pour vous et votre patient. Il est également entièrement modulaire, ce qui permet des modifications et des mises à niveau faciles sur le terrain, maintenant ou plus tard, à mesure que vos techniques et votre pratique évoluent. Choisissez parmi des largages manuels, des largages à armement automatique, diverses pièces de tête, un coffre détachable et de nombreuses autres options.

Utilisation prévue : L'ErgoStyle™ ES2000 Gen II est utilisé pour soutenir les patients pendant le traitement du dysfonctionnement de la colonne vertébrale et des articulations par la manipulation de la colonne vertébrale et des articulations. L'ErgoStyle™ ES2000 a un look contemporain, un système de levage entièrement fermé, des pièces de chute modulaires en option, des sections thoraciques et pelviennes amovibles/élevatrices en option et des têtes modulaires. Il est destiné à être utilisé dans un environnement clinique pour soutenir les patients pendant le traitement.

Précautions de sécurité et définitions :



ATTENTION: Ne laissez jamais le patient sur la table sans surveillance.



RISQUE D'ÉCRASEMENT : Les composants électriques utilisés pour élever et abaisser cette table présentent un risque potentiel d'écrasement. **GARDEZ LES ENFANTS LOIN DE LA ZONE DE TRAITEMENT.** Autoriser uniquement le patient et le personnel autorisé dans la zone de traitement.



CONNEXION ÉLECTRIQUE: Pour votre sécurité personnelle, cette table doit être mise à la terre. Cette table est équipée d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre à trois (3) broches. Pour minimiser les risques d'électrocution, il doit être branché dans une prise murale à trois (3) broches avec mise à la terre, mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux. Si une prise murale correspondante n'est pas disponible, il est de la responsabilité et de l'obligation du client de faire installer une prise murale à trois (3) broches correctement mise à la terre par un électricien qualifié. Les exigences de puissance du tableau se trouvent dans la section des données techniques.

Avant d'utiliser cet équipement, suivez les consignes de sécurité suivantes :

- Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous d'avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel.
- Expliquer l'utilisation appropriée à tous les employés. Ce tableau ne doit être utilisé que par du personnel qualifié et formé.
- Ne dépassez jamais le poids maximum supporté par la table.
- Connectez la table uniquement à une prise qui est mise à la terre et connectée à un circuit avec un disjoncteur à fusible conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux.
- Utiliser uniquement sur des surfaces sèches. Assurez-vous que les pieds des tables ne glissent pas.
- Cette table n'est PAS destinée au transport des patients.
- NON destiné à être utilisé avec des accessoires autres que ceux indiqués dans ce manuel.
- N'utilisez pas la table dans un environnement où d'autres appareils émettant intentionnellement de l'énergie électromagnétique de manière non blindée sont présents.
- Expliquez toujours au patient comment monter et descendre correctement de la table. Assurez-vous d'aider le patient à prévenir les chutes.
- Gardez les mains du patient positionnées sur le dessus des coussins à tout moment.
- Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles et des points de pincement.
- Assurez-vous que les commandes sont correctement verrouillées avant de positionner ou de libérer le patient.
- Ne laissez jamais le patient sans surveillance sur la table.
- Suivez les instructions de maintenance préventive fournies dans ce manuel.
- Assurez-vous que tous les composants ont été inspectés pour détecter les dommages et qu'ils sont entièrement fonctionnels.
- Inspectez les câbles et les connecteurs avant chaque utilisation.

- Si vous avez besoin d'assistance, contactez Pivotal Health Solutions au 1-800-743-7738.

Avertissement et précautions à travers ce manuel sont indiqués par des symboles spécifiques. Les symboles applicables sont indiqués ci-dessous avec une description du symbole. Passez en revue ces symboles et toutes les précautions de sécurité avant d'utiliser la table.

	MISE EN GARDE: Un texte avec un indicateur "ATTENTION" expliquera les éventuelles infractions à la sécurité qui pourraient avoir le potentiel de causer des blessures.
	ATTENTION: Le texte avec l'indicateur « AVERTISSEMENT » expliquera les éventuelles infractions à la sécurité susceptibles de causer des blessures graves et des dommages à l'équipement.
	Point de pincement: Indique l'espace entre les pièces mobiles et fixes réglables manuellement où des parties du corps peuvent se coincer, entraînant des blessures mineures.
	Attention: Haute tension
	Risque d'écrasement : Indique l'espace entre les pièces mobiles et fixes motorisées qui représentent un risque potentiel d'écrasement.
	Mode d'emploi: Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter la notice d'utilisation.
	RISQUE D'EXPLOSION Le texte avec l'indicateur « RISQUE D'EXPLOSION » expliquera les éventuelles infractions à la sécurité si cet équipement est utilisé en présence d'anesthésiques inflammables.
	Contient du matériel électronique. Recyclez et éliminez l'appareil conformément aux lois locales, nationales et fédérales.
	Indique le fabricant de l'appareil.
	Indique que le produit est un dispositif médical.

Avant d'utiliser cet équipement, suivez les consignes de sécurité suivantes :



ATTENTION: La table ne doit en aucun cas être modifiée par rapport à sa conception d'origine. Contactez Pivotal Health Solutions si vous avez besoin d'aide pour le service.



DANGER: Risque d'explosion possible en cas d'utilisation en présence d'anesthésiques inflammables.

Installation et déballage :

UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR SOULEVER ET DEPLACER LA TABLE. SOULEVEZ LA TABLE PAR LE CADRE DE BASE !



ATTENTION: N'installez/n'utilisez pas cet équipement à côté ou empilé avec d'autres équipements, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

Après avoir retiré les panneaux supérieur et latéraux de la caisse d'expédition, vous remarquerez peut-être des bandes métalliques et des attaches de câble en plastique. Ceux-ci sont utilisés pour sécuriser différentes sections de la table et doivent être retirés. Une fois que toutes les bandes et les attaches de câble sont retirées, la table doit être soulevée directement vers le haut afin de dégager toutes les contraintes d'expédition.

Une fois la table sortie de la caisse d'expédition, placez la table dans un endroit de niveau et inspectez les coussins de la table, le cadre, les câbles, etc. pour détecter tout dommage. Si aucun dommage n'est constaté, branchez la table et testez l'élévation, les chutes et toutes les autres options qui se trouvent sur votre table. Contactez Pivotal Health Solutions ou votre revendeur pour toute question ou préoccupation.

Marchandise endommagée :

Instructions pour les marchandises endommagées : Le contenu de cet envoi a été vérifié et emballé par du personnel expérimenté. Si votre entreprise a organisé l'expédition, les dommages doivent être notés sur le connaissance avant de signer pour accepter l'expédition, puis les articles endommagés pendant le transport doivent être signalés immédiatement au transporteur et une réclamation doit être déposée par vous. Si le transport a été organisé par Pivotal Health Solutions, notez tout dommage sur le connaissance avant de signer l'acceptation du produit et informez Pivotal Health Solutions immédiatement. Le fait de ne pas inspecter les dommages d'expédition avant de signer pour le produit peut affecter votre garantie. Nous ne pouvons ni être responsables ni accepter le retour de marchandises endommagées pendant le transport lors de l'expédition organisée par des tiers.



ATTENTION: Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de la table ErgoStyle ES2000 Gen II, y compris les câbles associés à l'ErgoStyle ES2000 Gen II. Dans le cas contraire, une dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.



ATTENTION: Ne soulevez pas la table par la section de tête ou l'accoudoir.



ATTENTION: Gardez la table hors des zones à forte humidité. Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Spécifications techniques:

Numéro de modèle de base	ES9300	ES9310	ES9320	ES9330
Options de casque	ES95001	Inclinaison, coussins faciaux réglables (standard)		
	ES95002	Inclinaison, chute vers l'avant, basculement de la chute, coussins faciaux réglables		
	ES95003	Inclinaison, élévation, coussins faciaux réglables		
	ES95004	Inclinaison, élévation, chute vers l'avant, basculement de la chute, coussins faciaux réglables		
	ES95010	Inclinaison, distraction cervicale, coussins réglables		
	ES95011	Inclinaison, chute vers l'avant, basculement de la chute, distraction cervicale, coussins réglables		
	ES95012	Inclinaison, élévation, chute vers l'avant, basculement de la chute, distraction cervicale, coussins réglables		
	ES95013	Inclinaison, élévation, distraction cervicale, coussins réglables		
Options de dépôt	ES58353	Chute thoracique manuelle Accelerator III		
	ES58354	Abaissement lombaire manuel Accelerator III		
	ES58355	Chute pelvienne manuelle Accelerator III		
Dimensions	70" L x 28" L x 20-32" H			
Largeur du coussin	22,5 "W			
Capacité de levage	400 livres. (181 kg)			
Longueur maximale allongée avec extension de la cheville	76" L			
Tension nominale	120V	240V	120V	240V
Fréquence nominale	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Courant évalué	3A			
Type de fusible	Aucun fusible réparable par l'utilisateur			
Cycle de service	1 minute allumée, 9 minutes éteinte			
Classification électrique	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Type électrique	 Type B			
Classement IP	IPx4			
Cordon d'alimentation (120 V)	Longueur de câble de 96 po (243 cm), 10 A, non blindé			
Cordon d'alimentation (240 V)	Longueur de câble de 98 po (250 cm), 10 A, non blindé			
Des modèles: ES9300 et ES9320 - Chutes manuelles				
Des modèles: ES9310 et ES9330 - Drops à armement automatique				

Des conditions de fonctionnement: Cette table doit être utilisée entre 40 °F (4,4 °C) et 100 °F (37,8 °C), avec une humidité relative comprise entre 30 % et 80 %.

Conditions de transport et de stockage: Cette table doit être transportée et stockée à des températures comprises entre -40° C (-40° F) et 70° C (158° F) avec une humidité relative de 10% à 100%.

Durée de vie prévue : Ce produit a une durée de vie prévue approximative de 10 ans lorsqu'il est correctement manipulé, entretenu et inspecté conformément à ces instructions.

Conception et qualité : Pivotal Health Solutions est certifié selon la norme ISO 13485, la norme pour l'industrie des dispositifs médicaux.

Changements de produit : Pivotal Health Solutions, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis. Contactez votre représentant Pivotal Health Solutions pour obtenir des conseils et des informations sur les mises à niveau des produits.

Opération:

LA LOI FÉDÉRALE RESTREINT LA VENTE DE CET APPAREIL POUR UNE UTILISATION PAR OU SUR L'ORDRE D'UN MÉDECIN OU AUTRE PRATICIEN MÉDICAL AUTORISÉ PAR LA LOI OU L'ÉTAT DANS LEQUEL IL EXERCE, À UTILISER OU ORDONNER L'UTILISATION DE L'APPAREIL.



ATTENTION: L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par Pivotal Health Solutions peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique et entraîner un mauvais fonctionnement.



ATTENTION: Pas pour le transport de patients.



RISQUE D'ÉCRASEMENT : Les composants électriques utilisés pour élever et abaisser cette table présentent un risque potentiel d'écrasement. GARDEZ LES ENFANTS LOIN DE LA ZONE DE TRAITEMENT. Autoriser uniquement le patient et le personnel autorisé dans la zone de traitement.



POINT DE PINCEMENT: Gardez toujours les mains du patient positionnées sur le dessus des coussins lors de l'abaissement, du levage et de l'inclinaison de la table pour éviter les points de pincement potentiels.

Aider le patient à se mettre sur la table :

- 1) Le praticien ou le personnel qualifié doit toujours aider le patient sur la table. Ne laissez pas le patient monter seul sur la table.
- 2) Le patient doit vérifier les vêtements pour les clés, le portefeuille, la ceinture ou tout autre article pouvant causer une gêne pendant le traitement ou endommager le rembourrage.
- 3) Ne laissez jamais le patient sans surveillance lorsqu'il est sur la table.

Opération de tableau :

- 1) Pour commencer le traitement, placez le patient sur la table. Un patient est généralement en position couchée.
- 2) Si la table est en position abaissée, élevez-la à la hauteur souhaitée pour le traitement une fois que le patient est en place.
- 3) Effectuez le traitement souhaité. Reportez-vous à la section "Interface utilisateur et contrôle d'armement automatique" et/ou aux fonctions des composants individuels ci-dessous pour le fonctionnement des fonctions spécifiques du tableau.

- 4) Après le traitement, remettez la table dans une configuration horizontale et droite, assurez-vous que tous les interrupteurs d'armement automatique sont en position d'arrêt et assurez-vous que les commandes d'auto-flexion sont arrêtées.

Aider le patient hors de la table:

- 1) Avertissez le patient de ne pas se lever seul de la table afin d'éviter toute tension qui pourrait annuler le traitement et de s'assurer que le patient n'est pas étourdi en se couchant, ce qui peut provoquer un déséquilibre.
- 2) Laissez le patient retrouver son équilibre complet avant de se mettre en position debout. La meilleure pratique consiste à garder une main sur le patient à tout moment.

Casque:

- Pour élever la tête, tirez sur la commande d'élévation cervicale pour permettre à la tête de se relever. Pour abaisser la tête, tirez sur le déclencheur d'élévation et appuyez doucement sur la tête. Il s'agit d'une commande autobloquante.
- Pour incliner la tête, tirez sur la commande d'élévation cervicale. Le relâchement de la commande verrouille automatiquement la tête dans la position que vous avez choisie.
- Pour régler l'espacement des coussins de l'appui-tête, tirez sur le bouton de réglage du coussin facial et déplacez-le vers la droite ou vers la gauche. Une fois à la position souhaitée, relâchez la commande pour permettre à la goupille élastique de se verrouiller dans un trou.
- Pour engager ou "armer" le Forward Motion Drop, appuyez sur la poignée d'armement du Cervical Drop. Pour régler la tension de maintien de la goutte, ajustez le bouton de tension de la goutte cervicale. La goutte de mouvement vers l'avant tombera dans une direction vers l'avant lorsqu'elle sera relâchée.
- La chute à bascule peut être armée en tirant sur la partie arrière du coussin de tête la plus proche du coussin thoracique/lombaire. Pour régler la capacité de maintien de la section de chute, tournez le bouton de tension de chute cervicale pour augmenter ou diminuer la capacité de maintien. La goutte à bascule tombera dans un mouvement direct vers le bas.
- Pour faire fonctionner la distraction cervicale, déverrouillez la distraction cervicale en tournant la poignée de verrouillage de la distraction cervicale et tirez la tête vers l'extérieur ou poussez-la à l'aide de la poignée de distraction cervicale. Verrouillez la distraction cervicale dans la position que vous avez choisie en tournant la poignée de verrouillage de la distraction cervicale.

Break-a-way/Coffre élévateur : (Optionnel)

- La section de poitrine de la table peut être ajustée pour une action à ressort ou positionnée pour tenir à différents angles. Pour déverrouiller la section de poitrine, poussez vers le bas sur la commande de poitrine Break-a-way/Elevating et insérez le clip de verrouillage de chaque côté de la table. Pour positionner la section de poitrine de la table à un angle particulier, poussez vers le bas jusqu'à la commande Break-a-way/Elevating Chest Control (B/E CC), déplacez la section de poitrine à l'angle souhaité, puis relâchez la B/E CC pour occuper le nouveau poste.

Chute thoracique : (Optionnel)

- Pour armer le Thoracic Drop, tirez sur la poignée d'armement du Thoracic Drop. Pour régler la capacité de maintien de la section de chute, tournez le bouton de tension de chute thoracique pour augmenter ou diminuer la capacité de maintien.

Chute lombaire : (Optionnel)

- Pour armer le Lumbar Drop, tirez sur la poignée d'armement du Lumbar Drop. Pour régler la capacité de maintien de la section de chute, tournez le bouton de tension de chute lombaire pour augmenter ou diminuer la capacité de maintien.

Chute pelvienne : (Optionnel)

- Pour armer le Pelvic Drop, tirez sur le levier d'armement du Pelvic Drop. Pour régler la capacité de maintien de la section de chute, tournez le bouton de tension de chute pelvienne pour augmenter ou diminuer la capacité de maintien.

Drops à armement automatique : (Optionnel)

- Pour armer les gouttes d'armement automatique, activez les interrupteurs pour chaque goutte que vous souhaitez armer, puis appuyez avec la pédale d'armement automatique pour armer les gouttes. Maintenez la pédale enfoncée jusqu'à ce que les gouttes soient complètement armées. La table doit être connectée à l'alimentation en air extérieur. Tournez chaque bouton de tension de chute pour augmenter ou diminuer la capacité de maintien.

Élévation pelvienne : (Optionnel)

- Tirer sur le contrôle d'élévation pelvienne permet au ressort à gaz d'élever le coussin pelvien vers le haut. Pour déplacer le coussin pelvien vers le bas sans patient sur la table, vous devrez vous asseoir sur le coussin pelvien tout en tirant sur la commande d'élévation pelvienne pour maintenir la position.

Repose-cheville :

- Pour étendre le coussin de la cheville, tirez sur le coussin du repose-cheville et éloignez le repose-cheville de la table. Utilisez le verrou d'extension de cheville connu pour maintenir le coussin de cheville en place sur les modèles ES9300, ES9310, ES9320 et ES9330.

Ajustement de la hauteur de la table :

- Appuyez sur la pédale de commande pour l'élévation de la table pour élever ou abaisser la table. Appuyer sur « UP » élèvera la table et appuyer sur « DN » amènera la table à une hauteur inférieure.

Entretien préventif:



ATTENTION: Débranchez la table de la source d'alimentation avant d'essayer les pièces mécaniques pour éviter les blessures.

INSPECTION:



Au moins une fois par mois, la table doit être soigneusement inspectée pour déceler l'usure, la quincaillerie et les pièces desserrées et d'autres dommages.

- Inspectez la table pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages externes ou de matériel desserré. Serrez la quincaillerie desserrée. Le matériel qui ne serre pas doit être remplacé.
- Inspectez la table pour des signes évidents de dommages ou d'usure tels que des soudures fissurées, des boulons desserrés, des cordons effilochés ou endommagés. N'utilisez pas une table avec des cordons endommagés.
- Vérifier les composants mobiles (électriques et non électriques) pour assurer la fonctionnalité.
- Vérifiez les composants pour vous assurer qu'ils se verrouillent et fonctionnent correctement.
- **Contactez Pivotal Health Solutions si vous avez des questions ou des préoccupations.**

LUBRIFICATION:

Pour lubrifier, mettez une goutte d'huile sur les points suivants de la table ErgoStyle ES2000 au besoin. Utilisez un type de graisse (ex : graisse au lithium) ou une huile 3 en 1. N'utilisez pas de WD-40 ou un type de lubrifiant similaire.

1. Plaque de montage de l'actionneur à ciseaux - des deux côtés de la table
2. Tube de pivot de ciseaux principal – des deux côtés de la table
3. Châssis de retenue - des deux côtés de la table
4. Rails porteurs inférieurs – des deux côtés de la table



Nettoyage et entretien des tissus d'ameublement :



MISE EN GARDE: Lisez attentivement, un nettoyage inapproprié annulera la garantie. N'utilisez jamais de produits de nettoyage à base d'alcool.

DÉSINFECTION : Il existe sur le marché une lingette désinfectante appelée *Lingettes désinfectantes Protex Ultra*. Beaucoup de nos clients les utilisent.

POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN : Une solution de savon à vaisselle liquide ménager doux à 10 % avec de l'eau tiède, appliquée avec un chiffon doux et humide. Rincer à l'eau claire et sécher.

POUR LES TACHES : Humidifiez un chiffon blanc doux dans une solution un pour un (1:1) de Fantastik® et d'eau OU de Formula 409® et d'eau. Frottez doucement et rincez avec un chiffon imbibé d'eau.

POUR LES TACHES PLUS DIFFICILES : Humidifiez un chiffon blanc doux avec une solution d'eau de Javel domestique (10 % d'eau de Javel / 90 % d'eau). Frottez doucement et rincez avec un chiffon imbibé d'eau pour éliminer la concentration d'eau de Javel.

CE QU'IL NE FAUT PAS UTILISER : En utilisant les mauvais agents de nettoyage, vous ANNULEREZ VOTRE GARANTIE et fissurerez, dessécherez et détruisez votre vinyle. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, des produits chimiques agressifs ou des abrasifs.

Service:

Reportez-vous à la section Garantie de ce manuel pour des informations spécifiques sur la garantie.

Lors du remplacement de pièces usées, utilisez des pièces d'origine Pivotal Health Solutions, Inc. en contactant notre service après-vente. Lors de la commande de pièces de rechange :

- Demandez le service après-vente, 800-743-7738
- Munissez-vous du numéro de modèle et du numéro de série
- Spécifiez les pièces par les numéros/description ci-dessous

Dépannage:

Aucune puissance	1. Vérifiez les connexions d'alimentation. 2. Vérifiez que la prise fonctionne et que le disjoncteur n'est pas déclenché. 3. <i>Si le problème persiste, contactez Pivotal Health Solutions.</i>
Élévation: La table ne s'élèvera ni ne s'abaissera.	1. Vérifiez que la table est à sa place en abaissant toutes les sections de la table à plat dans le sens horizontal. 2. Vérifiez si le cordon allant de la pédale de commande au boîtier de commande est correctement branché. 3. Recherchez les dommages aux commandes. 4. Assurez-vous que la prise fonctionne correctement. 5. <i>Si le problème persiste, contactez Pivotal Health Solutions.</i>
Glissières de la section de la cheville	1. Vérifier le bon fonctionnement. 2. <i>Si le problème persiste, contactez Pivotal Health Solutions.</i>
Si vous entendez un bruit inhabituel.	<i>Contactez Pivotal Health Solutions</i>

Informations techniques:

Pivotal Health Solutions mettra à disposition, sur demande, des schémas de circuit, des listes de composants, des descriptions, des instructions d'étalonnage ou d'autres informations qui aideront le personnel de service.

Revente ou élimination :

Une table chiropratique est considérée comme un dispositif médical par la Food and Drug Administration. Par conséquent, il est nécessaire que Pivotal Health Solutions, Inc. soit informé si la table est vendue, détruite ou autrement éliminée. Veuillez aviser par écrit en indiquant votre nom et le numéro de série de votre table à :

Pivotal Health Solutions

Attn : Quality


3003 9^e Av. SW

Watertown, SD 57201



Recyclez et éliminez l'appareil conformément aux lois locales, nationales et fédérales. Au fil des ans, des tonnes d'équipements électroniques contenant des matières dangereuses ont été jetées avec les ordures ménagères. Au fil du temps, ces matériaux s'échappent de l'électronique, causant des dommages à l'environnement. Il est important d'essayer de se débarrasser correctement des appareils hors d'usage afin d'éviter d'endommager notre environnement.

Pièces de rechange :



REMARQUE: Ces tables peuvent avoir diverses configurations de coussins. Veuillez contacter Pivotal Health Solutions pour obtenir des détails sur le remplacement du coussin.

<u>Nom de la pièce</u>	<u>Numéro d'article</u>
Coussin pour le visage	95038-xxx
Coussin de bras	65454-xxx
Coussin thoracique	58450-xxx
Coussin pelvien	95032-xxx
Coussin de cheville	58449-xxx
Pédale simple	95283
Pédale double	95284
Chute manuelle thoracique	ES58353
Chute manuelle lombaire	ES58354
Chute manuelle pelvienne	ES58355

*xxx est un espace réservé pour le code couleur. Contactez Pivotal Health pour obtenir le code de couleur approprié pour votre table.

Garantie:

Les détails de la garantie peuvent être trouvés sur :

<https://www.pivotalhealthsolutions.com/customer-service/warranty.aspx>

Remarque: Les périodes de garantie indiquées s'appliquent uniquement aux produits achetés à l'état neuf. Toutes les tables vendues comme défaut d'usine ou en état d'usage sont vendues « telles quelles » et sont limitées à une garantie d'un (1) an sur le cadre uniquement, à compter de la date de livraison.

Remarque à l'utilisateur : Si un incident grave se produit, signalez l'incident aux solutions Pivotal Health. (Voir la section avec les informations de contact du fabricant pour les coordonnées). Si l'incident se produit dans l'UE, signalez également tout incident grave à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Informations sur le fabricant :

Rev K 10-18-2024



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Couron
France



UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland