

MD

ES9300

ES9310

REF

ES9320

ES9330

Gilt für folgende Modelle:



Wichtig! Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für den Benutzer des Produkts. Alle, die dieses Produkt verwenden, sollten seinen Inhalt lesen und vollständig verstehen. Denken Sie daran, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem es den Benutzern des Produkts jederzeit zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis:

Einführung:.....	2
Sicherheitsvorkehrungen & Definitionen:	3
Installation & Auspacken:	5
Beschädigte Ware:	5
Technische Spezifikationen:.....	6
Betrieb:.....	7
Vorbeugende Wartung:	9
Polsterreinigung & Pflege:	11
Service:.....	11
Fehlerbehebung:.....	12
Ersatzteile:.....	13
Garantie:	14
Herstellerinformationen:	14

Einführung:

Das ErgoStyle™ ES2000 Gen II bringt den Tisch, den Sie kennen, einen Schritt weiter, mit sanfter elektrischer Erhöhung und einfachen Upgrades können Sie Ihren Tisch an Ihre Übungsumgebung anpassen. Unser patentierter ErgoStyle-Drop hebt sich über das gesamte Kissen und nicht über einen einzelnen Stift, was eine verbesserte Genauigkeit und eine sanftere Anpassung mit weniger Kraft ermöglicht – für weniger Belastung für Sie und Ihren Patienten. Es ist auch vollständig modular und ermöglicht einfache Modifikationen und Upgrades vor Ort, sowohl jetzt als auch später, wenn Ihre Techniken und Ihre Praxis wachsen. Wählen Sie aus manuellen Tropfen, automatisch spannenden Tropfen, verschiedenen Kopfstücken, einer abbrechbaren Brust und vielen anderen Optionen.

Verwendungszweck: Der ErgoStyle™ ES2000 Gen II wird verwendet, um Patienten während der Behandlung von Wirbelsäulen- und Gelenkfunktionsstörungen durch Wirbelsäulen- und Gelenkmanipulation zu unterstützen. Der ErgoStyle™ ES2000 hat ein zeitgemäßes Aussehen, ein vollständig geschlossenes Hebesystem, optionale modulare Fallstücke, optionale abbrechbare/erhöhende Brust- und Beckenabschnitte und modulare Kopfstücke. Es ist für den Einsatz in einer klinischen Umgebung vorgesehen, um Patienten während der Behandlung zu unterstützen.

Sicherheitsvorkehrungen & Definitionen:



WARNUNG: Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.



Quetschgefahr: Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich.



ELEKTRISCHE VERBINDUNG: Zu Ihrer persönlichen Sicherheit muss dieser Tisch geerdet werden. Dieser Tisch ist mit einem Netzkabel mit einem dreipoligen (3) geerdeten Stecker ausgestattet. Um die Gefahr eines möglichen Stromschlags zu minimieren, muss es an eine passende dreipolige (3) geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden, die gemäß dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist. Wenn keine passende Wandsteckdose verfügbar ist, liegt es in der Verantwortung und Pflicht des Kunden, eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose mit drei (3) Stiften von einem qualifizierten Elektriker installieren zu lassen. Die Leistungsanforderungen der Tabelle finden Sie im Abschnitt Technische Daten.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Bevor Sie dieses Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie dieses gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.
- Erklären Sie allen Mitarbeitern die ordnungsgemäße Verwendung. Diese Tabelle sollte nur von qualifiziertem, geschultem Personal verwendet werden.
- Überschreiten Sie niemals das maximal unterstützte Gewicht des Tisches.
- Schließen Sie den Tisch nur an eine geerdete Steckdose an, die an einen Stromkreis mit einem abgesicherten Leistungsschalter angeschlossen ist in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code und den örtlichen Vorschriften und Verordnungen.
- Nur auf trockenen Oberflächen verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Tischfüße nicht rutschen.
- Dieser Tisch ist NICHT für den Patiententransport vorgesehen.
- NICHT zur Verwendung mit anderem Zubehör als dem in diesem Handbuch angegebenen bestimmt.
- Betreiben Sie den Tisch nicht in einer Umgebung, in der andere Geräte vorhanden sind, die absichtlich elektromagnetische Energie ungeschirmt abstrahlen.
- Erklären Sie dem Patienten immer, wie er richtig auf den Tisch auf- und absteigt. Achten Sie darauf, dem Patienten zu helfen, um Stürze zu vermeiden.
- Halten Sie die Hände des Patienten immer auf der Oberseite der Kissen.
- Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und Quetschstellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bedienelemente ordnungsgemäß verriegelt sind, bevor Sie den Patienten positionieren oder freigeben.
- Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur vorbeugenden Wartung in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten auf Beschädigungen untersucht wurden und voll funktionsfähig sind.
- Überprüfen Sie Kabel und Anschlüsse vor jedem Gebrauch.
- Wenn Sie Serviceunterstützung benötigen, wenden Sie sich unter 1-800-743-7738 an Pivotal Health Solutions.

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sind durch spezielle Symbole gekennzeichnet. Anwendbare Symbole werden unten zusammen mit einer Beschreibung des Symbols gezeigt. Lesen Sie diese Symbole und alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie den Tisch in Betrieb nehmen.

	VORSICHT: Text mit einem „VORSICHT“-Indikator erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die zu Verletzungen führen können.
	WARNUNG: Text mit der Anzeige „WARNUNG“ erklärt mögliche Sicherheitsverstöße, die möglicherweise zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
	Quetschpunkt: Weist auf einen Freiraum zwischen manuell einstellbaren beweglichen und feststehenden Teilen hin, in dem Körperteile eingeklemmt werden können, was zu leichten Verletzungen führen kann.
	Warnung: Hochspannung
	Quetschgefahr: Weist auf den Abstand zwischen angetriebenen beweglichen und stationären Teilen hin, der eine potenzielle Quetschgefahr darstellt.
	Gebrauchsanweisung: Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung konsultieren muss.
	EXPLOSIONSGEFAHR Text mit dem Indikator „EXPLOSIONSGEFAHR“ erklärt mögliche Sicherheitsverletzungen, wenn dieses Gerät in Gegenwart von entflammenden Anästhetika verwendet wird.
	Enthält elektronische Materialien. Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen.
	Gibt den Gerätehersteller an.
	Zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein medizinisches Gerät handelt.

Beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:



WARNUNG: Unter keinen Umständen sollte der Tisch von seinem ursprünglichen Design abgeändert werden. Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions, wenn Sie Hilfe beim Service benötigen.



ACHTUNG: Mögliche Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von brennbaren Anästhetika.

Installation & Auspacken:

ZUM ANHEBEN UND BEWEGEN DES TISCHS SIND MINDESTENS ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH. HEBEN SIE DEN TISCH AM GRUNDRAHMEN AN!



WARNUNG: Installieren/verwenden Sie dieses Gerät nicht neben oder gestapelt mit anderen Geräten, da dies zu einem fehlerhaften Betrieb führen könnte. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Nachdem Sie die obere und seitliche Abdeckung der Versandkiste entfernt haben, bemerken Sie möglicherweise Metallbänder und Kabelbinder aus Kunststoff. Diese dienen zur Sicherung verschiedener Tischteile und müssen entfernt werden. Sobald alle Bänder und Kabelbinder entfernt sind, muss der Tisch direkt nach oben gehoben werden, um alle Transportsicherungen zu beseitigen.

Sobald der Tisch aus der Transportkiste genommen wurde, stellen Sie den Tisch auf eine ebene Fläche und überprüfen Sie die Tischkissen, den Rahmen, die Kabel usw. auf Beschädigungen. Wenn keine Schäden festgestellt werden, stecken Sie den Tisch ein und testen Sie die Höhe, das Gefälle und alle anderen Optionen, die sich auf Ihrem Tisch befinden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions oder Ihren Händler.

Beschädigte Ware:

Anleitung für beschädigte Ware: Der Inhalt dieser Lieferung wurde von erfahrenem Personal geprüft und verpackt. Wenn Ihr Unternehmen den Versand arrangiert hat, sollten Schäden auf dem Frachtbrief vermerkt werden, bevor Sie die Sendung unterzeichnen, dann sollten während des Transports beschädigte Artikel sofort dem ausliefernden Spediteur gemeldet werden, und Sie müssen eine Reklamation einreichen. Wenn der Versand von Pivotal Health Solutions arrangiert wurde, vermerken Sie alle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie die Annahme des Produkts unterzeichnen, und benachrichtigen Sie Pivotal Health Solutions unverzüglich. Wenn Sie das Produkt nicht auf Transportschäden untersuchen, bevor Sie das Produkt unterschreiben, kann dies Ihre Garantie beeinträchtigen. Wir sind weder verantwortlich noch können wir die Rücksendung von Waren akzeptieren, die während des Transports durch Dritte veranlasst wurden.



WARNUNG: Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an irgendeinem Teil des ErgoStyle ES2000 Gen II-Tisches verwendet werden, einschließlich der mit dem ErgoStyle ES2000 Gen II verbundenen Kabel. Andernfalls könnte die Leistung dieses Geräts beeinträchtigt werden.



WARNUNG: Heben Sie den Tisch nicht am Kopfteil oder an der Armlehne an.



WARNUNG: Halten Sie den Tisch von Bereichen mit hoher Feuchtigkeit fern. Nur für den Innengebrauch.

Technische Spezifikationen:

Basismodellnummer	ES9300	ES9310	ES9320	ES9330
Optionen für Kopfbedeckungen	ES95001	Neigbare, verstellbare Gesichtspolster (Standard)		
	ES95002	Neigen, Forward Drop, Toggle Drop, verstellbare Gesichtspolster		
	ES95003	Neigung, Höhe, verstellbare Gesichtskissen		
	ES95004	Neigung, Elevation, Forward Drop, Toggle Drop, verstellbare Gesichtspolster		
	ES95010	Neigung, zervikale Ablenkung, verstellbare Kissen		
	ES95011	Tilt, Forward Drop, Toggle Drop, zervikale Ablenkung, verstellbare Kissen		
	ES95012	Neigung, Elevation, Forward Drop, Toggle Drop, zervikale Ablenkung, verstellbare Kissen		
	ES95013	Neigung, Elevation, zervikale Ablenkung, verstellbare Kissen		
Drop-Optionen	ES58353	Accelerator III Manueller Thoraxabfall		
	ES58354	Accelerator III Manueller Lumbal Drop		
	ES58355	Accelerator III Manuelle Beckensenkung		
Maße	70" L x 28" B x 20-32" H			
Kissenbreite	22,5 "W			
Tragfähigkeit	400 Pfund. (181 kg)			
Erweiterte maximale Länge mit Knöchelverlängerung	76"L			
Nennspannung	120V	240V	120V	240V
Nennfrequenz	60 Hz	50Hz	60 Hz	50Hz
Nennstrom	3A			
Sicherungstyp	Keine vom Benutzer zu wartende Sicherung			
Auslastungsgrad	1 Minute an, 9 Minuten aus			
Elektrische Klassifizierung	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Elektrischer Typ	 Type B			
IP-Bewertung	IPx4			
Netzkabel (120 V)	96 Zoll (243 cm) Kabellänge, 10 A, ungeschirmt			
Netzkabel (240 V)	250 cm Kabellänge, 10 A, ungeschirmt			
Modelle: ES9300 und ES9320 – Manuelle Drops				
Modelle: ES9310 und ES9330 – Selbstspannende Tropfen				

Betriebsbedingungen: Dieser Tisch sollte zwischen 40 °F (4,4 °C) und 100 °F (37,8 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % betrieben werden.

Transport- und Lagerbedingungen: Dieser Tisch sollte bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 70 °C (158 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 100 % transportiert und gelagert werden.

Erwartete Lebensdauer: Dieses Produkt hat eine voraussichtliche Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren, wenn es gemäß dieser Anleitung korrekt gehandhabt, gewartet und überprüft wird.

Design und Qualität: Pivotal Health Solutions ist nach ISO 13485, dem Standard für die Medizinprodukteindustrie, zertifiziert.

Produktänderungen: Pivotal Health Solutions, Inc. behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Wenden Sie sich an Ihren Pivotal Health Solutions-Vertreter, um Rat und Informationen zu Produkt-Upgrades zu erhalten.

Betrieb:

DAS BUNDESGESETZ BESCHRÄNKT DIESEN GERÄT AUF DEN VERKAUF ZUR VERWENDUNG DURCH ODER AUF VERORDNUNG EINES ARZTES ODER ANDEREN MEDIZINISCHEN PRAKTIKERS, DER DURCH DAS GESETZ ODER DEN STAAT, IN DEM ER TÄTIG IST, ZUR VERWENDUNG ZUGELASSEN IST ODER DIE VERWENDUNG DES GERÄTS BESTIMMT.



WARNUNG: Die Verwendung von Zubehör und Kabeln, die nicht von Pivotal Health Solutions angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten elektromagnetischen Immunität und zu einem unsachgemäßen Betrieb führen.



WARNUNG: Nicht für den Krankentransport.



Quetschgefahr: Angetriebene Komponenten, die zum Anheben und Absenken dieses Tisches verwendet werden, stellen eine potenzielle Quetschgefahr dar. HALTEN SIE KINDER VOM BEHANDLUNGSBEREICH FERN. Lassen Sie nur den Patienten und autorisiertes Personal im Behandlungsbereich.



KNICKPUNKT: Halten Sie die Hände des Patienten beim Absenken, Anheben und Neigen des Tisches immer auf der Oberseite der Kissen, um mögliche Quetschstellen zu vermeiden.

Dem Patienten auf den Tisch helfen:

- 1) Der Arzt oder geschultes Personal sollte dem Patienten immer auf dem Tisch helfen. Lassen Sie den Patienten nicht alleine auf den Tisch steigen.
- 2) Der Patient sollte die Kleidung auf Schlüssel, Geldbörse, Gürtel oder andere Gegenstände überprüfen, die während der Behandlung Unbehagen verursachen oder die Polsterung beschädigen können.
- 3) Lassen Sie den Patienten niemals unbeaufsichtigt auf dem Tisch liegen.

Tischbetrieb:

- 1) Um mit der Behandlung zu beginnen, positionieren Sie den Patienten auf dem Tisch. Ein Patient befindet sich typischerweise in Bauchlage.
- 2) Wenn sich der Tisch in abgesenkter Position befindet, heben Sie ihn für die Behandlung auf die gewünschte Höhe an, sobald sich der Patient in Position befindet.
- 3) Führen Sie die gewünschte Behandlung durch. Siehe den Abschnitt „Benutzeroberfläche und Auto-Cocking-Steuerung“ und/oder die einzelnen Komponentenfunktionen unten für die Bedienung bestimmter Tischfunktionen.
- 4) Bringen Sie den Tisch nach der Behandlung wieder in eine waagerechte und gerade Konfiguration, stellen Sie sicher, dass sich alle Auto-Cocking-Schalter in der Aus-Position befinden, und stellen Sie sicher, dass die Auto-Flexion-Steuerungen gestoppt sind.

Unterstützung des Patienten vom Tisch:

- 1) Weisen Sie den Patienten darauf hin, nicht alleine vom Tisch aufzustehen, um Belastungen zu vermeiden, die die Behandlung ungünstig machen könnten, und um sicherzustellen, dass dem Patienten beim Hinlegen nicht schwindelig wird, was zu einem Ungleichgewicht führen kann.
- 2) Lassen Sie den Patienten sein volles Gleichgewicht finden, bevor Sie in eine stehende Position kommen. Best Practice ist es, den Patienten immer in der Nähe zu halten.

Kopfbedeckung:

- Um das Kopfstück anzuheben, ziehen Sie die Steuerung für die zervikale Anhebung nach hinten, damit sich das Kopfstück nach oben bewegen kann. Um das Kopfstück abzusenken, ziehen Sie die Elevation Release zurück und drücken Sie das Kopfstück vorsichtig nach unten. Dies ist eine selbsthemmende Steuerung.
- Um das Kopfstück zu neigen, ziehen Sie die Zervikalhöhensteuerung zurück. Das Loslassen der Steuerung verriegelt das Kopfstück selbsttätig in der von Ihnen gewählten Position.
- Um den Abstand der Kopfstützenpolster einzustellen, ziehen Sie den Gesichtspolster-Einstellknopf zurück und bewegen Sie ihn nach rechts oder links. Wenn Sie sich in der gewünschten Position befinden, lassen Sie die Steuerung los, damit der Federstift in einem Loch einrasten kann.
- Um den Forward Motion Drop zu aktivieren oder zu „spannen“, drücken Sie den Spanngriff des Cervical Drop nach unten. Um die Fallhaltespannung einzustellen, stellen Sie den Spannungsknopf für den zervikalen Fall ein. Der Vorwärtsbewegungstropfen fällt in eine Vorwärtsrichtung, wenn er losgelassen wird.
- Der Toggle Drop kann gespannt werden, indem der hintere Teil des Kopfpolsters, der dem Brust-/Lendenpolster am nächsten liegt, nach oben gezogen wird. Um die Haltefähigkeit des Drop-Bereichs einzustellen, drehen Sie den Cervical Drop-Spannungsknopf, um die Haltefähigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Der Toggle Drop fällt in einer geraden Abwärtsbewegung.
- Um die zervikale Distraction zu bedienen, entriegeln Sie die zervikale Distraction, indem Sie den Verriegelungsgriff für die zervikale Distraction drehen und das Kopfstück herausziehen oder mit dem Griff für die zervikale Distraction hineindrücken. Sperren Sie die zervikale Distraction in der von Ihnen gewählten Position, indem Sie den Sperrgriff für die zervikale Distraction drehen.

Break-A-Way/Elevating Chest: (Optional)

- Der Brustbereich des Tisches kann auf Federwirkung eingestellt oder so positioniert werden, dass er in verschiedenen Winkeln gehalten werden kann. Um den Brustbereich zu entriegeln, drücken Sie die Break-a-Way/Elevating Chest Control nach unten und setzen Sie den Lock Clip auf beiden Seiten des Tisches ein. Um den Brustbereich des Tisches in einem bestimmten Winkel zu positionieren, drücken Sie auf die Break-a-way/Elevating Chest Control (B/E CC), bewegen Sie den Brustbereich in den gewünschten Winkel und lassen Sie dann den B/E CC los die neue Position halten.

Thoraxtropfen: (Optional)

- Um den Thoracic Drop zu spannen, ziehen Sie den Thoracic Drop Spanngriff nach oben. Um die Haltefähigkeit des Drop-Bereichs einzustellen, drehen Sie den Thoracic Drop-Spannungsknopf, um die Haltefähigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Lendentropfen: (Optional)

- Um den Lumbar Drop zu spannen, ziehen Sie den Lumbar Drop Spanngriff nach oben. Um die Haltefähigkeit des Drop-Bereichs einzustellen, drehen Sie den Lendenwirbel-Spannknopf, um die Haltefähigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Beckenboden: (Optional)

- Um den Pelvic Drop zu spannen, ziehen Sie den Pelvic Drop Spannhebel nach oben. Um die Haltefähigkeit des Drop-Bereichs einzustellen, drehen Sie den Becken-Drop-Spannungsknopf, um die Haltefähigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Auto-Cocking-Tropfen: (Optional)

- Um die Auto-Cocking-Drops zu spannen, schalten Sie die Schalter für jeden Drop ein, den Sie spannen möchten, und drücken Sie dann mit dem Auto-Cocking-Fußpedal, um die Drops zu spannen. Halten Sie das Pedal gedrückt, bis die Tropfen vollständig gespannt sind. Der Tisch muss an die Außenluftzufuhr angeschlossen werden. Drehen Sie jeden Drop Tension Knob, um die Haltefähigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Beckenerhöhung: (Optional)

- Durch Hochziehen der Beckenhöhensteuerung kann die gasgefüllte Feder das Beckenkissen nach oben heben. Um das Beckenkissen nach unten zu bewegen, ohne dass sich ein Patient auf dem Tisch befindet, müssen Sie sich auf das Beckenkissen setzen und gleichzeitig die Beckenhochlagerungssteuerung zur Freigabe der Beckenhochlagerung nach oben ziehen, um die Position zu halten.

Knöchelstütze:

- Um das Fußgelenkpolster zu verlängern, ziehen Sie das Fußgelenkstützenpolster zurück und ziehen Sie die Fußgelenkstütze vom Tisch weg. Verwenden Sie die bekannte Knöchelverlängerungssperre, um das Knöchelpolster bei den Modellen ES9300, ES9310, ES9320 und ES9330 an Ort und Stelle zu halten.

Tischhöhenverstellung:

- Drücken Sie die Fußsteuerung für die Tischerhöhung, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Durch Drücken von „UP“ wird der Tisch angehoben, und durch Drücken von „DN“ wird der Tisch auf eine niedrigere Höhe gebracht.

Vorbeugende Wartung:



WARNING: Trennen Sie den Tisch von der Stromquelle, bevor Sie mechanische Teile abwischen, um Verletzungen zu vermeiden.

INSPEKTION:



Mindestens einmal im Monat sollte der Tisch gründlich auf Verschleiß, lose Hardware und Teile und andere Schäden untersucht werden.

- Überprüfen Sie den Tisch, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder lose Teile vorhanden sind. Lockere Hardware festziehen. Hardware, die sich nicht festziehen lässt, muss ersetzt werden.
- Untersuchen Sie den Tisch auf offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Verschleiß wie gerissene Schweißnähte, lose Schrauben, ausgefranste oder beschädigte Kabel. Verwenden Sie keinen Tisch mit beschädigten Kabeln.
- Bewegliche Bauteile (elektrische und nicht elektrische) auf Funktion prüfen.
- Bauteile auf Verriegelung und Funktion prüfen.
- **Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Pivotal Health Solutions.**

SCHMIERUNG:

Geben Sie zum Schmieren je nach Bedarf einen Tropfen Öl auf die folgenden Punkte des ErgoStyle ES2000 Tisches. Verwenden Sie eine Art Fett (z. B. Lithiumfett) oder ein 3-in-1-Öl. Verwenden Sie kein WD-40 oder ein ähnliches Schmiermittel.

1. Montageplatte für Scherenantrieb – beide Seiten des Tisches
2. Hauptscherengelenkrohr – beide Seiten des Tisches
3. Fahrgestellrückhaltesystem – beide Seiten des Tisches
4. Untere Auflageschienen – beide Seiten des Tisches



Polsterreinigung & Pflege:



VORSICHT: Sorgfältig lesen, unsachgemäße Reinigung führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.

DESINFEKTION: Es gibt ein Desinfektionstuch auf dem Markt namens *Protex Ultra Desinfektionstücher*. Viele unserer Kunden nutzen diese.

FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG: Eine Lösung aus 10 % mildem flüssigem Haushaltsspülmittel mit warmem Wasser, aufgetragen mit einem weichen, feuchten Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

FÜR FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Eins-zu-eins-Lösung (1:1) aus Fantastik® und Wasser ODER Formula 409® und Wasser. Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen.

FÜR SCHWIERIGERE FLECKEN: Befeuchten Sie ein weiches weißes Tuch mit einer Lösung aus Haushaltsbleiche (10 % Bleichmittel / 90 % Wasser). Vorsichtig reiben und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abspülen, um die Bleichmittelkonzentration zu entfernen.

WAS NICHT VERWENDEN IST: Die Verwendung der falschen Reinigungsmittel führt zum ERLÖSCHEN DER GARANTIE und zur Rissbildung, Austrocknung und Zerstörung Ihres Vinyls. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, scharfe Chemikalien oder Scheuermittel enthalten.

Service:

Spezifische Garantieinformationen finden Sie im Abschnitt „Garantie“ in diesem Handbuch.

Verwenden Sie beim Austausch verschlissener Teile Originalteile von Pivotal Health Solutions, Inc., indem Sie sich an unsere Serviceabteilung wenden. Bei Ersatzteilbestellung:

- Fragen Sie nach der Serviceabteilung, 800-743-7738
- Halten Sie die Modell- und Seriennummer bereit
- Geben Sie die Teile anhand der nachstehenden Nummern/Beschreibung an

Fehlerbehebung:

Keine Energie	1. Überprüfen Sie die Stromversorgungsanschlüsse. 2. Überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und der Unterbrecher nicht ausgelöst wurde. 3. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Elevation: Tisch lässt sich nicht anheben oder absenken.	1. Überprüfen Sie, ob der Tisch in der Ausgangsstellung ist, indem Sie alle Tischabschnitte flach in horizontaler Richtung absenken. 2. Überprüfen Sie, ob das Kabel, das vom Fußanlasser zum Steuerkasten verläuft, richtig angeschlossen ist. 3. Suchen Sie nach Schäden an den Bedienelementen. 4. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. 5. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Knöchelbereich rutscht	1. Auf ordnungsgemäßen Betrieb prüfen. 2. <i>Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions.</i>
Wenn Sie ein ungewöhnliches Geräusch hören.	<i>Wenden Sie sich an Pivotal Health Solutions</i>

Technische Information:

Pivotal Health Solutions stellt auf Anfrage Schaltpläne, Komponentenlisten, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisungen oder andere Informationen zur Verfügung, die dem Servicepersonal helfen.

Weiterverkauf oder Entsorgung:

Ein Chiropraktiktisch wird von der Food and Drug Administration als Medizinprodukt angesehen. Daher muss Pivotal Health Solutions, Inc. benachrichtigt werden, wenn der Tisch verkauft, zerstört oder anderweitig entsorgt wird. Bitte wenden Sie sich schriftlich unter Angabe Ihres Namens und der Seriennummer Ihres Tisches an:

Pivotal Health Solutions

Attn: Quality

3003 9th Ave. SW

Watertown, SD 57201



Recyceln und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen. Im Laufe der Jahre wurden Tonnen von Elektronikgeräten mit gefährlichen Materialien mit dem normalen Müll entsorgt. Mit der Zeit sickern diese Materialien aus der Elektronik und schaden der Umwelt. Es ist wichtig, ausgemusterte Geräte fachgerecht zu entsorgen, um Schäden an unserer Umwelt zu vermeiden.

Ersatzteile:



HINWEIS: Diese Tische können verschiedene Kissenkonfigurationen haben. Bitte kontaktieren Sie Pivotal Health Solutions für Einzelheiten zum Ersatzkissen.

<u>Teilname</u>	<u>Artikelnummer</u>
Gesichtskissen	95038-xxx
Armkissen	65454-xxx
Brustkissen	58450-xxx
Beckenkissen	95032-xxx
Knöchelkissen	58449-xxx
Einzelfußpedal	95283
Doppeltes Fußpedal	95284
Thorakaler manueller Fall	ES58353
Lumbaler manueller Tropfen	ES58354
Pelvic Manual Drop	ES58355

*xxx ist ein Platzhalter für den Farbcode. Wenden Sie sich an Pivotal Health, um den entsprechenden Farbcode für Ihre Tabelle zu erhalten.

Garantie:

Garantiedetails finden Sie unter: <https://www.pivotalhealthsolutions.com/customer-service/warranty.aspx>

Hinweis: Die aufgeführten Garantiezeiträume gelten nur für Produkte, die im Neuzustand gekauft wurden. Alle Tische, die als Fabrikfehler oder in gebrauchtem Zustand verkauft werden, werden „wie besehen“ verkauft und sind auf eine (1) Jahr Garantie nur auf den Rahmen, beginnend mit dem Lieferdatum, beschränkt.

Hinweis für Benutzer: Wenn ein schwerwiegender Vorfall auftritt, melden Sie den Vorfall Pivotal Health Solutions. (Kontaktdaten finden Sie im Abschnitt mit den Kontaktinformationen des Herstellers). Wenn sich der Vorfall in der EU ereignet, melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.

Herstellerinformationen:

Rev K 10-18-2024



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Couron
France



UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland